



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka akcelerometrů
Typ řízení:	Zakázka malého rozsahu (otevřená výzva)
Zadavatel:	Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Sídlo:	Boční II/1401, 141 31 Praha 4
IČO.:	67985530
DIČ:	CZ67985530
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**V zadávací dokumentaci je u analogových akcelerometrů uveden požadavek na dodání 14ti žilového 5m kabelu. Námi dodávané kabely jsou bez osazení konektorem, protože nejsou dodávány společně s našimi digitizéry. Jednalo by se o platné podání nabídky? V případě že ne, na které digitizéry bude snímač připojen, abychom mohli kabel upravit?**

Odpověď:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že zadavatel požaduje dodat 5m dlouhý 14ti žilový kabel. Osazení kabelu konektorem ze strany digitizéru zadavatel nepožaduje.